

제 2012-BO-0699 호



안 전 인 증 서

Siemens Milltronics Process Instruments Inc

1954 Technology Drive, Peterborough, Ontario, K9J7B1, Canada

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

————— **품 목** —————

Sitrans LR260

————— **형식·모델/용량·등급/인증번호** —————

형식·모델

인증번호

7MF5427-0***0-**C*

12-AV4BO-0699

용량 등급

Ex ia IIC T4 IP67

Ui=30V, Ii=120mA, Pi=0.8W, Ci=15nF, Li=0.1mH

————— **인 증 기 준** —————

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

————— **인 증 조 건** —————

"1954 Technology Drive, Peterborough, Ontario, K9J7B1, Canada "에서 생산되는 제품에 한함.

2012년 11월 12일

한국산업안전보건공단 이사장

